



Prefeitura Municipal de Canápolis
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório: **105/2024**
Modalidade: **PREGÃO ELETRONICO -**
Número da Licitação: **045/2024**
Aquisição de: **Serviços**
Página: 1

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 61 da Lei N. 8.883/94, faz saber que o Processo Licitatório N° 105/2024 na modalidade PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2024, teve a seguinte proposta como vencedora:

Objeto: PROCESSO LICITATORIO - REGISTRO DE PREÇOS - OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA OS ATENDIMENTOS DE PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DE OXIGÊNOTERAPIA NO MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS-MG

Contratante: Prefeitura Municipal de Canápolis

Contratada(s):

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

Contrato:

Início:

Fim:

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
1	UN	700,00000	300,00000	210.000,00	<p>CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO</p> <p>O Concentrador de oxigênio estacionário produz oxigênio em uma concentração de 93% ($\pm 3\%$), saída de oxigênio dupla de metal, alça moldada fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, suporte universal para umidificador, armazenamento interno para o tubo de conexão com o umidificador, conexão da cânula metálica para maior durabilidade, medidor de fluxo rebaixado que reduz risco de quebra, painel simples com botão liga/desliga e indicadores de alarme, disponível com placa de OPI (Indicador de Porcentagem de Oxigênio). O OPI mede o fluxo de oxigênio de maneira ultrassônica como indicação de pureza. Ele tem a função de avisar quando a pureza do oxigênio está abaixo do esperado, o que pode ocasionar duas situações: 1. Um apito alto e constante, juntamente com o acender de uma luz amarela e o apagar da verde no equipamento a concentração de oxigênio está entre 70% à 82%. 2. Um apito alto e constante, acendendo uma luz vermelha, juntamente com a luz verde a concentração de oxigênio esta abaixo de 70%. Se houver algum destes eventos, o equipamento deve ser enviado para a manutenção ou trocado.</p> <p>Tipo de concentrador: Estacionário</p> <p>Nível de Ruído: 45 db</p> <p>Fluxo: até 5 litros por minuto</p> <p>Pressão de saída: 5,5 psi</p> <p>Concentração de Oxigênio Máxima: 93% ($\pm 3\%$)</p> <p>Alarmes: Sonoros e visuais</p> <p>Voltagem: À critério do comprador</p> <p>Consumo de energia: 110 v: 360 W e 220V : 290 W</p> <p>Medidas Aproximadas: 58 cm x 38 cm x 24 cm</p> <p>Peso Aproximado: 14 Kg</p> <p>Temperatura: 13°C a 32°C</p> <p>Armazenamento: de -34°C a 50°C</p> <p>Itens Inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Concentrador de Oxigênio 5LPM- Tubo de conexão umidificador/concentrador- Filtro (já instalado)- Cânula (cateter) nasal adulto- Manual de instruções em português <p>Garantia: 36 meses</p> <p>Registro ANVISA: 10216710219</p> <p>PHILIPS EVERFLO</p>

Total para Este Fornecedor:

210.000,00



Prefeitura Municipal de Canápolis
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório: **105/2024**
Modalidade: **PREGÃO ELETRONICO -**
Número da Licitação: **045/2024**
Aquisição de: **Serviços**
Página: 2

As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s) a seguir:

186 - 02.07.02.10.301.0006.2030.3.3.90.39.00 - 6211.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Canápolis, em 12 de dezembro de 2024

ENIVANDER ALVES DE MORAIS
Prefeito Municipal